




Hinweise:

1. Kanten gebrochen 0,2 × 45°, gratfrei
2. Eloxal 20 ± 5 µm, farblos (Reinraum-Endreinigung gem. Lastenheft Abschnitt 3.4)
3. Dichtfläche Ra 0,8, kratzerfrei
4. Werkstückkennzeichnung: UDI-Lasergravur Feld C4

Rev.	Datum	Änderung	Name
A	02.02.2026	Erststand	F. Steinbach
MEDIQOR Medizintechnik AG			
Werkstoff		Allgemeintoleranz	Maßstab
AlMgSi1 (EN AW-6082)		ISO 2768-fH	1:1
Benennung		Oberfläche	Blatt
Deckel Gehäuse MRT-Sensor		eloxiert 20 µm	1 / 1
Zeichnungsnummer			Rev.
GHD-118			A