




| Rev. | Datum      | Änderung               | Name         |
|------|------------|------------------------|--------------|
| A    | 02.02.2026 | Erststand              | F. Steinbach |
| B    | 21.04.2026 | Taschentiefe 8 (war 6) | F. Steinbach |

|                           |                   |         |                         |
|---------------------------|-------------------|---------|-------------------------|
| MEDIQOR Medizintechnik AG |                   |         |                         |
| Werkstoff                 | Allgemeintoleranz | Maßstab | Gezeichnet              |
| AlMgSi1 (EN AW-6082)      | ISO 2768-fH       | 1:1     | F. Steinbach 21.04.2026 |
| Benennung                 | Oberfläche        | Blatt   |                         |
| Deckel Gehäuse MRT-Sensor | eloxiert 20 µm    | 1 / 1   |                         |
| Zeichnungsnummer          |                   |         | Rev.                    |
| GHD-118                   |                   |         | B                       |