




Hinweise:

1. Kanten gebrochen 0,2 x 45°, gratfrei
2. Eloxa1 20 ± 5 µm, farblos (Reinraum-Endreinigung gem. Lastenheft Abschnitt 3.4)
3. Dichtfläche Ra 0,8, kratzerfrei
4. Werkstückkennzeichnung: UDI-Lasergravur Feld C4

Rev.	Datum	Änderung	Name
A	02.02.2026	Erststand	F. Steinbach
B	21.04.2026	Taschentiefe 8 (war 6)	F. Steinbach
C	17.06.2026	Bohrbild geändert, Ø4,5 (war M4)	F. Steinbach

MEDIQOR Medizintechnik AG			
Werkstoff	Allgemeintoleranz	Maßstab	Gezeichnet
AlMgSi1 (EN AW-6082)	ISO 2768-fH	1:1	F. Steinbach 17.06.2026
Benennung	Oberfläche	Blatt	
Deckel Gehäuse MRT-Sensor	eloxiert 20 µm	1 / 1	
Zeichnungsnummer			Rev.
GHD-118			C