




- Hinweise:**
- 1. Kanten gebrochen 0,2 × 45°, gratfrei
 - 2. Eloxal 20 ± 5 µm, farblos (Reinraum-Endreinigung gem. Lastenheft Abschnitt 3.4)
 - 3. Dichtfläche Ra 0,8, kratzerfrei
 - 4. Werkstückkennzeichnung: UDI-Lasergravur Feld C4

Rev.	Datum	Änderung	Name	
A	02.02.2026	Erststand	F. Steinbach	
MEDIQOR Medizintechnik AG				
Werkstoff AlMgSi1 (EN AW-6082)		Allgemeintoleranz ISO 2768-fH	Maßstab 1:1	Gezeichnet F. Steinbach 02.02.2026
Benennung Boden Gehäuse MRT-Sensor			Oberfläche eloxiert 20 µm	Blatt 1 / 1
Zeichnungsnummer GHD-119				Rev. A